

## 最近の検査（第179報：3月10日分）

- ・各学校で提供された給食の、丸ごと放射性物質検査の結果をお知らせいたします。
- ・毎週金曜日に、調理された給食1食分を丸ごと検査します。概ね4週間のサイクルで全校分が一巡するように実施し、結果については、順次公表していきます。

### 最新の丸ごと放射性物質検査結果

単位：ベクトル／kg

No.	学校名	給食実施日	検査日	放射性セシウム134・137 合計値	分析結果
805	南流山小学校	3月9日	3月10日	検出せず（8.5）	基準値以下
806	北部中学校	3月9日	3月10日	検出せず（11.6）	基準値以下
807	八木中学校	3月9日	3月10日	検出せず（6.2）	基準値以下
808	南流山中学校	3月9日	3月10日	検出せず（11.0）	基準値以下
809	西初石中学校	3月9日	3月10日	検出せず（8.1）	基準値以下
810	おおたかの森小・中学校	3月9日	3月10日	検出せず（11.6）	基準値以下

### ●平成24年4月1日からの新たな基準値

一般食品：100ベクレル／kg

※「検出せず」とは、放射性物質がセシウム134・137合計で25ベクレル／kg未満であることを示します。これは、一般食品における国の基準値である100ベクレル／kgの4分の1の数値です。

※（ ）内は、放射能濃度もしくは検出限界濃度の数値です。

（検出限界濃度とは、現在使用している機器で測定できる限界の数値です。）

なお、学校給食に使用する食材・食品の放射性物質の簡易検査も実施していますので、そちらの結果もご覧ください。

### 検査機器

- ・NaI（TI）シンチレーション検出器（千代田テクノル社製）  
給食食材検査と同じ機器を使用します。

### 測定方法

- ・方法は牛乳と調理済み給食1食分をミキサーにかけ均一に攪拌したもので測定しています。

### 検査方法

厚生労働省「緊急時における食品の放射性測定マニュアル」、文部科学省「NaI（TI）機器分析法」、科学技術庁測定法シリーズ24「緊急時におけるガンマ線スペクトロメーターのための試料前処理法」に準じています。

No.	学校名	給食実施日	検査日	放射性セシウム134・137 合計値	分析結果
640	流山小学校	4月14日	4月15日	検出せず（8.6）	基準値以下

641	八木南小学校	4月14日	4月15日	検出せず (11.6)	基準値以下
642	八木北小学校	4月14日	4月15日	検出せず (7.5)	基準値以下
643	新川小学校	4月14日	4月15日	検出せず (11.7)	基準値以下
644	東小学校	4月14日	4月15日	検出せず (8.0)	基準値以下
645	江戸川台小学校	4月21日	4月22日	検出せず (6.7)	基準値以下
646	東深井小学校	4月21日	4月22日	検出せず (12.1)	基準値以下
647	鱸ヶ崎小学校	4月21日	4月22日	検出せず (9.5)	基準値以下
648	向小金小学校	4月21日	4月22日	検出せず (10.5)	基準値以下
649	西初石小学校	4月21日	4月22日	検出せず (9.5)	基準値以下
650	小山台小学校	5月12日	5月13日	検出せず (9.8)	基準値以下
651	流山北小学校	5月12日	5月13日	検出せず (11.6)	基準値以下
652	西深井小学校	5月12日	5月13日	検出せず (10.6)	基準値以下
653	南流山小学校	5月12日	5月13日	検出せず (10.7)	基準値以下
654	北部中学校	5月12日	5月13日	検出せず (8.6)	基準値以下
655	八木中学校	5月19日	5月20日	検出せず (9.2)	基準値以下
656	南流山中中学校	5月19日	5月20日	検出せず (9.4)	基準値以下
657	西初石中学校	5月19日	5月20日	検出せず (7.6)	基準値以下
658	おおたかの森小中学校	5月19日	5月20日	検出せず (11.8)	基準値以下
659	流山小学校	5月19日	5月20日	検出せず (10.6)	基準値以下
660	八木南小学校	5月27日	5月27日	検出せず (7.9)	基準値以下
661	八木北小学校	5月27日	5月27日	検出せず (8.0)	基準値以下
662	新川小学校	5月26日	5月27日	検出せず (8.0)	基準値以下
663	東小学校	5月26日	5月27日	検出せず (10.5)	基準値以下
664	江戸川台小学校	5月26日	5月27日	検出せず (8.1)	基準値以下
665	東深井小学校	6月3日	6月3日	検出せず (10.0)	基準値以下
666	鱸ヶ崎小学校	6月2日	6月3日	検出せず (10.8)	基準値以下
667	向小金小学校	6月2日	6月3日	検出せず (10.9)	基準値以下
668	西初石小学校	6月2日	6月3日	検出せず (11.0)	基準値以下
669	小山小学校	6月2日	6月3日	検出せず (9.8)	基準値以下
670	流山北小学校	6月9日	6月10日	検出せず (8.7)	基準値以下
671	西深井小学校	6月9日	6月10日	検出せず (11.2)	基準値以下
672	南流山小学校	6月9日	6月10日	検出せず (11.4)	基準値以下
673	北部中学校	6月9日	6月10日	検出せず (10.5)	基準値以下
674	八木中学校	6月9日	6月10日	検出せず (7.1)	基準値以下
675	南流山中中学校	6月16日	6月17日	検出せず (11.6)	基準値以下
676	西初石中学校	6月16日	6月17日	検出せず (6.5)	基準値以下
677	おおたかの森小中学校	6月16日	6月17日	検出せず (9.1)	基準値以下
678	流山小学校	6月16日	6月17日	検出せず (7.0)	基準値以下
679	八木南小学校	6月17日	6月17日	検出せず (7.2)	基準値以下
680	八木北小学校	6月23日	6月24日	検出せず (6.1)	基準値以下
681	新川小学校	6月23日	6月24日	検出せず (10.0)	基準値以下
682	東小学校	6月23日	6月24日	検出せず (10.7)	基準値以下
683	江戸川台小学校	6月23日	6月24日	検出せず (5.7)	基準値以下
684	東深井小学校	6月23日	6月24日	検出せず (11.3)	基準値以下
685	鱸ヶ崎小学校	6月30日	7月1日	検出せず (10.5)	基準値以下

686	向小金小学校	7月 1日	7月 1日	検出せず ( 8.4)	基準値以下
687	西初石小学校	6月30日	7月 1日	検出せず ( 8.5)	基準値以下
688	小山小学校	6月30日	7月 1日	検出せず ( 8.6)	基準値以下
689	流山北小学校	6月30日	7月 1日	検出せず ( 8.4)	基準値以下
690	西深井小学校	7月 7日	7月 8日	検出せず (10.5)	基準値以下
691	南流山小学校	7月 7日	7月 8日	検出せず (10.2)	基準値以下
692	北部中学校	7月 7日	7月 8日	検出せず (11.0)	基準値以下
693	八木中学校	7月 7日	7月 8日	検出せず ( 7.6)	基準値以下
694	南流山中学校	7月 7日	7月 8日	検出せず ( 8.9)	基準値以下
695	西初石中学校	7月14日	7月15日	検出せず ( 7.6)	基準値以下
696	おおたかの森小中学校	7月15日	7月15日	検出せず ( 6.5)	基準値以下
697	流山小学校	7月14日	7月15日	検出せず ( 7.6)	基準値以下
698	八木南小学校	7月15日	7月15日	検出せず ( 7.7)	基準値以下
699	八木北小学校	7月14日	7月15日	検出せず ( 6.3)	基準値以下
700	新川小学校	9月 8日	9月 9日	検出せず ( 8.5)	基準値以下
701	東小学校	9月 8日	9月 9日	検出せず ( 8.0)	基準値以下
702	江戸川台小学校	9月 8日	9月 9日	検出せず ( 5.9)	基準値以下
703	東深井小学校	9月 8日	9月 9日	検出せず (10.8)	基準値以下
704	鱒ヶ崎小学校	9月 8日	9月 9日	検出せず (10.6)	基準値以下
705	向小金小学校	9月14日	9月16日	検出せず ( 8.1)	基準値以下
706	西初石小学校	9月15日	9月16日	検出せず (11.5)	基準値以下
707	小山小学校	9月16日	9月16日	検出せず ( 7.1)	基準値以下
708	流山北小学校	9月15日	9月16日	検出せず ( 9.6)	基準値以下
709	西深井小学校	9月15日	9月16日	検出せず ( 9.5)	基準値以下
710	南流山小学校	9月29日	9月30日	検出せず ( 9.8)	基準値以下
711	北部中学校	9月29日	9月30日	検出せず (11.8)	基準値以下
712	八木中学校	9月30日	9月30日	検出せず ( 8.8)	基準値以下
713	南流山中学校	9月29日	9月30日	検出せず (11.4)	基準値以下
714	西初石中学校	9月29日	9月30日	検出せず (10.5)	基準値以下
715	おおたかの森小中学校	10月 6日	10月 7日	検出せず ( 9.6)	基準値以下
716	流山小学校	10月 6日	10月 7日	検出せず ( 5.9)	基準値以下
717	八木南小学校	10月 6日	10月 7日	検出せず (10.7)	基準値以下
718	八木北小学校	10月 6日	10月 7日	検出せず (10.4)	基準値以下
719	新川小学校	10月 6日	10月 7日	検出せず (10.2)	基準値以下
720	東小学校	10月13日	10月14日	検出せず (10.6)	基準値以下
721	江戸川台小学校	10月14日	10月14日	検出せず ( 5.2)	基準値以下
722	東深井小学校	10月14日	10月14日	検出せず ( 9.1)	基準値以下
723	鱒ヶ崎小学校	10月13日	10月14日	検出せず (10.5)	基準値以下
724	向小金小学校	10月13日	10月14日	検出せず ( 9.5)	基準値以下
725	西初石小学校	10月20日	10月14日	検出せず ( 9.7)	基準値以下
726	小山小学校	10月20日	10月14日	検出せず ( 8.2)	基準値以下
727	流山北小学校	10月20日	10月14日	検出せず ( 8.8)	基準値以下
728	西深井小学校	10月20日	10月14日	検出せず ( 8.5)	基準値以下
729	南流山小学校	10月20日	10月14日	検出せず ( 8.7)	基準値以下
730	北部中学校	10月27日	10月28日	検出せず (12.1)	基準値以下

731	八木中学校	10月27日	10月28日	検出せず(8.2)	基準値以下
732	南流山中中学校	10月27日	10月28日	検出せず(11.4)	基準値以下
733	西初石中学校	10月27日	10月28日	検出せず(6.9)	基準値以下
734	おおたかの森小中学校	10月27日	10月28日	検出せず(7.0)	基準値以下
735	流山小学校	11月10日	11月11日	検出せず(6.7)	基準値以下
736	八木南小学校	11月10日	11月11日	検出せず(9.9)	基準値以下
737	八木北小学校	11月10日	11月11日	検出せず(5.8)	基準値以下
738	新川小学校	11月10日	11月11日	検出せず(9.5)	基準値以下
739	東小学校	11月10日	11月11日	検出せず(6.8)	基準値以下
740	江戸川台小学校	11月17日	11月18日	検出せず(7.1)	基準値以下
741	東深井小学校	11月17日	11月18日	検出せず(11.2)	基準値以下
742	鱒ヶ崎小学校	11月17日	11月18日	検出せず(11.0)	基準値以下
743	向小金小学校	11月17日	11月18日	検出せず(8.8)	基準値以下
744	西初石小学校	11月17日	11月18日	検出せず(8.3)	基準値以下
745	小山小学校	11月24日	11月25日	検出せず(7.5)	基準値以下
746	流山北小学校	11月24日	11月25日	検出せず(10.6)	基準値以下
747	西深井小学校	11月24日	11月25日	検出せず(8.5)	基準値以下
748	南流山小学校	11月24日	11月25日	検出せず(8.5)	基準値以下
749	北部中学校	11月24日	11月25日	検出せず(10.7)	基準値以下
750	八木中学校	12月1日	12月2日	検出せず(9.5)	基準値以下
751	南流山中中学校	12月1日	12月2日	検出せず(11.0)	基準値以下
752	西初石中学校	12月1日	12月2日	検出せず(7.5)	基準値以下
753	おおたかの森小・中学校	12月1日	12月2日	検出せず(9.5)	基準値以下
754	流山小学校	12月1日	12月2日	検出せず(9.2)	基準値以下
755	八木南小学校	12月8日	12月9日	検出せず(9.3)	基準値以下
756	八木北小学校	12月8日	12月9日	検出せず(5.4)	基準値以下
757	新川小学校	12月8日	12月9日	検出せず(9.9)	基準値以下
758	東小学校	12月8日	12月9日	検出せず(10.8)	基準値以下
759	江戸川台小学校	12月8日	12月9日	検出せず(10.5)	基準値以下
760	東深井小学校	12月16日	12月16日	検出せず(8.1)	基準値以下
761	鱒ヶ崎小学校	12月15日	12月16日	検出せず(10.1)	基準値以下
762	向小金小学校	12月15日	12月16日	検出せず(8.0)	基準値以下
763	西初石小学校	12月15日	12月16日	検出せず(9.4)	基準値以下
764	小山小学校	12月15日	12月16日	検出せず(8.3)	基準値以下
765	流山北小学校	1月12日	1月13日	検出せず(5.8)	基準値以下
766	西深井小学校	1月12日	1月13日	検出せず(10.7)	基準値以下
767	南流山小学校	1月12日	1月13日	検出せず(9.0)	基準値以下
768	北部中学校	1月12日	1月13日	検出せず(9.1)	基準値以下
769	八木中学校	1月12日	1月13日	検出せず(8.4)	基準値以下
770	南流山中中学校	1月19日	1月20日	検出せず(8.8)	基準値以下
771	西初石中学校	1月19日	1月20日	検出せず(6.0)	基準値以下
772	おおたかの森小中学校	1月20日	1月20日	検出せず(12.2)	基準値以下
773	流山小学校	1月19日	1月20日	検出せず(8.1)	基準値以下
774	八木南小学校	1月20日	1月20日	検出せず(11.5)	基準値以下
775	八木北小学校	1月27日	1月27日	検出せず(5.6)	基準値以下

776	新川小学校	1月26日	1月27日	検出せず(9.5)	基準値以下
777	東小学校	1月26日	1月27日	検出せず(9.7)	基準値以下
778	江戸川台小学校	1月26日	1月27日	検出せず(7.3)	基準値以下
779	東深井小学校	1月26日	1月27日	検出せず(10.8)	基準値以下
780	鱈ヶ崎小学校	2月2日	2月3日	検出せず(11.2)	基準値以下
781	向小金小学校	2月2日	2月3日	検出せず(7.1)	基準値以下
782	西初石小学校	2月2日	2月3日	検出せず(11.4)	基準値以下
783	小山小学校	2月2日	2月3日	検出せず(6.5)	基準値以下
784	流山北小学校	2月2日	2月3日	検出せず(10.2)	基準値以下
785	西深井小学校	2月10日	2月10日	検出せず(10.5)	基準値以下
786	南流山小学校	2月9日	2月10日	検出せず(9.0)	基準値以下
787	北部中学校	2月9日	2月10日	検出せず(11.9)	基準値以下
788	八木中学校	2月9日	2月10日	検出せず(6.3)	基準値以下
789	南流山中学校	2月9日	2月10日	検出せず(7.3)	基準値以下
790	西初石中学校	2月16日	2月17日	検出せず(7.3)	基準値以下
791	おおたかの森小中学校	2月16日	2月17日	検出せず(10.8)	基準値以下
792	流山小学校	2月16日	2月17日	検出せず(8.2)	基準値以下
793	八木南小学校	2月16日	2月17日	検出せず(8.3)	基準値以下
794	八木北小学校	2月16日	2月17日	検出せず(8.2)	基準値以下
795	新川小学校	2月23日	2月24日	検出せず(9.2)	基準値以下
796	東小学校	2月23日	2月24日	検出せず(8.4)	基準値以下
797	江戸川台小学校	2月23日	2月24日	検出せず(5.1)	基準値以下
798	東深井小学校	2月23日	2月24日	検出せず(10.6)	基準値以下
799	鱈ヶ崎小学校	2月23日	2月24日	検出せず(9.4)	基準値以下
800	向小金小学校	3月2日	3月3日	検出せず(7.4)	基準値以下
801	西初石小学校	3月2日	3月3日	検出せず(9.6)	基準値以下
802	小山小学校	3月2日	3月3日	検出せず(10.9)	基準値以下
803	流山北小学校	3月2日	3月3日	検出せず(8.0)	基準値以下
804	西深井小学校	3月2日	3月3日	検出せず(8.0)	基準値以下